



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Sexta-feira • 26 de Maio de 2017 • Ano V • Nº 1604

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Resposta ao Pedido de Esclarecimento Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2017** - Empresas: FINATTO, Indústria Brasileira de Filmes – IBF, TECZAP, FILMSERVICE e MOGIGLASS,



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Licitações



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017

(Pedido de Esclarecimento)

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A PREGOEIRA do município de AMARGOSA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o pedido de esclarecimento das empresas: FINATTO, INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES – IBF, TECZAP, FILMSERVICE e MOGIGLASS, encaminhado por e-mail nos seguintes termos:

Assunto: PE 001/2017

Data: 2017-05-17

“A FINATTO como Distribuidora Nacional do fabricante RICOH DO BRASIL, com interesse em participar do Certame citado, vem através deste solicitar o aceite mínimo das especificações abaixo citadas:

ITEM 12 – IMPRESSORA LASER (COMUM)

É solicitado uma velocidade de 33ppm para o item acima citado. Verificando as especificações mínimas do equipamento viemos através deste solicitar um aceite de velocidade mínima de 30ppm, assim sendo atendidas as demais especificações”.

Assunto: duvidas sobre descritivo do pregão 001/2017

Data: 2017-05-23

“Boa tarde!

Solicito esclarecimento sobre os descritivos dos itens abaixo descritos:

- Item 31- APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS, CONTINUO E ANALÓGICO.

O modo que vocês querem é só o contínuo ou se tem que ter também o modo pulsado?

- item 35 - ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, COM 1 TRANSDUTOR.

É 1 MHZ ou 3 MHZ ou tem os dois tipos?

Precisamos destas informações para ofertar o modelo correto”.

Assunto: Esclarecimentos – Pregão Eletrônico Nº 001/2017

Data: 2017-05-23



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

“O procedimento licitatório tem por objetivo garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes, dito isso, o instrumento convocatório trouxe algumas exigências que fogem da razoabilidade, além de não observar o princípio constitucional da isonomia/imessoalidade, portanto, solicitamos algumas alterações (conforme será exposto abaixo), retirando assim, o vício e evitando futuras impugnações.

Item 7: CR Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X por placas de fósforo, multicassete, com no mínimo 02 entradas de cassetes, resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Digitalização de Imagens de Mamografia com resolução mínima de 20 pixels/mm nos tamanhos de cassetes 18x24cm e 24x30cm. Capacidade de processamento mínimo de 100 cassetes/hora no tamanho 35x43 (...)

1º Ponto: “mínimo 02 entradas de cassetes”.

Os equipamentos Multicassetes, possuem 02 (dois) compartimentos, um para a entrada e outro para a saída dos cassetes. Com este designer os usuários técnicos podem ir alimentando o equipamento com novos cassetes, sem a necessidade de aguardar o completo processamento da placa já inserida, característica que equipamento Monocassete.

Todos os equipamentos digitalizadores do mercado, realizam leitura individual, pois dispõem de apenas de um (01) scanner óptico no interior do leitor. Cada equipamento possui um projeto desenvolvido para atender demandas relacionadas a tecnologia e design, alguns possuem varias gavetas de alimentação para encaixes dos cassetes, outros modelos dispõem de esteira para deixar os cassetes em fila para leitura, ambos os fabricantes tem como objetivo proporcionar maior rapidez e economia de espaço.

O nosso equipamento, apesar de dimensões extremamente adequadas aos serviços de radiologia por ocupar espaço mínimo (são de 58 cm de



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

comprimento por 58 cm de largura), possui um throughput (capacidade de processamento) de até 94 placas/hora no tamanho 35 x 43 cm, ou seja, similar a todos os equipamentos desse perfil.

Solicitamos a retirada parcial desta frase, pois apenas uma única empresa atende ao descritivo.

Alterar para: "Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X por placas de fósforo, multicassete, com no mínimo 1 entrada de cassetes"

2º Ponto: "Capacidade de processamento mínimo de 100 cassetes/hora no tamanho 35x43" – Solicitamos alteração do item, para que todas as empresas possam participar do certame. O nosso equipamento, apesar de dimensões extremamente adequadas aos serviços de radiologia por ocupar espaço mínimo (são de 58 cm de comprimento por 58 cm de largura), possui um throughput (capacidade de processamento) de até 94 placas/hora no tamanho 35 x 43 cm, ou seja, similar à todos os equipamentos desse perfil (multicassetes), apenas 01 (uma) empresa FUJIFILM, dispõem em seu portfólio, leitores que atendam à esta capacidade de leitura, cerceando a participação de outros fornecedores.

Não existem 03 fabricantes no mercado que atendam a esta velocidade com seus portfólios de CR Multicassetes, (segue capacidade de leitura das principais fabricantes).

Konica Minolta: 92 placas por hora no tamanho 35x43cm – CR Regius 210.

FUJIFILM: 120 placas por hora no tamanho 35x43cm - Profect CS

Carestream: 94 placas por hora no tamanho 35x43cm - DirectView Max

AGFA: Em seus catálogos eles colocam uma velocidade de leitura, porém não informam o tamanho do cassete que se refere esta velocidade, pode ser que eles atendam, no entanto, não temos confirmação. O modelo de equipamento 85-X que atenderia, já esta fora de venda, modelo antigo do fabricante.

Para que no mínimo 03 empresas possam participar do certame, solicitamos que a quantidade de leituras/h seja alterada para: "capacidade de processamento mínimo de 90 cassetes/hora no tamanho 35x43cm".

Ratificamos ainda que, as alterações solicitadas, não comprometerá a



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

funcionalidade, qualidade técnica do equipamento, qualidade de imagem e dos serviços radiológicos em gerais que se esperam, assim não assiste razão para não acatarem”.

Assunto: Pregão Eletrônico 01/2017 - 670665

Data: 2017-05-23

“A empresa Romaze Industria e Comercio de Computadores Ltda. – EPP, CNPJ 07.315.550/0001-49, situada a Rua Manaus - 2539, na cidade de Cascavel, Paraná, tem interesse em participar do pregão eletrônico 01/2017, que acontece no dia 29/05/2017, para tanto estamos em duvida no que se refere:

Item 11 – solicita

-Computador (DesktopBásico): processador: mínimo intel core i3

Tendo em vista, que em licitações é vetado o direcionamento de marca e modelo sem que haja uma justificativa técnica, conforme Lei 8.666/93 art. 7º, § 5º e no art. 15, § 7º, inc. I, entendemos que serão aceitos processadores AMD desde que atendam as características apresentadas nas especificações do edital. Esta correto o entendimento?”.

Assunto: Numero da licitação 670665 Pregão 001/2017 Esclarecimento

Data: 2017-05-24

“Por gentileza verificar:

Pregão 001/2017 Numero da licitação 670665

Item 11.

Edital solicita

Termo de referencia exige Processador Intel Core I3 para o item 11.

*Sabendo-se que a lei de licitações impede indicação de marca e modelo, sendo assim para uma maior participação de licitantes e seguindo o Principio da economicidade, entendemos que será aceito modelo, marca soquete, cache, FSB de processadores desde que sejam iguais ou superiores as indicadas. Entende-se equivalente ou superior processador com pontuação superior ao exigido no edital pelo conceituado site http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.
Nosso*



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

entendimento está correto?

"certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica"

Desde 2014 o TJMG emite certidão cível pela internet mais abrangente que a emitida pelo fórum da comarca, conforme consulta feita no TJMG, podendo ser visto no link abaixo:

http://www.teczap.com.br/uploads/7/6/8/4/7684989/certid%C3%A3o_negativa_de_fal%C3%Aancia.pdf

Sendo assim será aceito Certidão Negativa Cível para a sede da pessoa jurídica, extraída pelo site do TJMG, por ser mais abrangente e incluir Falência, Recuperação Judicial e Concordata?

Sistema operacional Microsoft WINDOWS 10 PRO 64 bits ou superior, em português do Brasil; O sistema deve ser devidamente instalado e deve ser fornecida mídia para futura reinstalação padrão de fábrica; A mídia poderá ser por lote de compra. Drivers disponibilizados em CD/DVD ou disponíveis no site do fabricante

Poderá ser fornecido SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, versão para teste. Está correto nosso entendimento?"

Assunto: Impugnação Técnica do edital PE 001/2017

Data: 2017-05-24

"O EDITAL, AO ESPECIFICAR O OBJETO NO ITEM 07, SOLICITA "LEITOR ÓPTICO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CHASSIS", QUE É CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA DE POUCOS FABRICANTES.

COMO O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO, TANTO PODER SER POR CÓDIGO DE BARRAS COMO ELETRÔNICO, E PARA QUE O EDITAL FIQUE ABERTO A TODOS, DEVE SER REFEITA A EXPRESSÃO DA SEGUINTE FORMA.

"LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS OU SISTEMA ELETRÔNICO, PARA CADASTRAMENTO DOS CHASSIS",

ISTO POSTO, É O PRESENTE PARA REQUERER QUE VOSSAS SENHORIAS ALTEREM O EDITAL CONFORME SOLICITADO.



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

SETOR DE CONTRATOS

Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com - Telfax (075) 3634-3977

A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, para equipar o Hospital Municipal de Amargosa e a Policlínica Municipal de Amargosa, conforme proposta do Ministério da Saúde de nº 97553.416000/115001, sendo que todos os itens possuem especificação previamente determinada por esta entidade, não sendo facultado ao município realizar alterações nas mesmas. Sendo assim não teremos como atender ao que está sendo solicitado pelas empresas.

Amargosa/BA, 26 de maio de 2017.

CARLA SOUZA OLIVEIRA
Pregoeira